

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	PST
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00772062
ESC - Ente schedatore	AOU090901
ECP - Ente competente	S121

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	spettrofotometro
OGTT - Tipologia	cuvette densitometer

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	PI
PVCC - Comune	Pisa

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	ospedale
LDCN - Denominazione	Ospedale Santa Chiara
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	via Roma, 67
LDCM - Denominazione raccolta	Collezione strumentaria storica AOU Pisana
LDCS - Specifiche	Edificio 41- Piano I

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INV - INVENTARIO

INVD - Data	2012
INVN - Numero	284
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	XX secolo
DTZS - Frazione cronologica	seconda metà
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1958
DTSV - Validita'	ca
DTSF - A	1995
DTSL - Validita'	ca
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE RESPONSABILITA'	
AUTR - Ruolo	fabbricante
AUTB - Ente collettivo nome scelto	Gilford Instruments Laboratories, Oberlin, Ohio, U.S.A.
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attivita'	Azienda attiva dal 1958
AUTH - Sigla per citazione	00007318
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	marchio
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	acciaio/fusione
MTC - Materia e tecnica	alluminio/fusione
MTC - Materia e tecnica	materiale plastico
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	22
MISL - Larghezza	39,4
MISP - Profondita'	27,3
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	Cassa rettangolare in acciaio in color azzurro con maniglie per il trasporto e griglia per la dispersione del calore nella parte superiore; parte frontale a parallelepipedo sporgente in acciaio con comandi e circuiti elettrici, sulla quale è posto un pannello rettangolare in acciaio chiaro con manopola, scala metrica e indicazione del produttore; sul retro cavo di alimentazione e ulteriori manopole di comando. Nella parte posteriore sono presenti 2 etichette adesive, una con indicazioni tecniche, l'altra ripete il marchio del produttore
UTF - Funzione	Misura l'assorbimento di particolari lunghezze d'onda della luce da parte di una soluzione colorata. È comunemente usato per determinare la concentrazione di un soluto conosciuto in una soluzione per mezzo

	della legge di Lambert-Beer, che afferma che la concentrazione di un soluto è proporzionale alla assorbanza.
UTS - Cronologia d'uso	1958/post
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMC - Classe di appartenenza	marchio
STMQ - Qualificazione	commerciale
STMI - Identificazione	Gilford Instruments
STMP - Posizione	Sulla parte superiore del frontale sporgente
STMD - Descrizione	Il logo del costruttore campeggia in azzurro; nella stessa posizione sono inoltre presenti le scritte: Cuvette Densitometer Model 103 18'; 'Gilford Instruments laboratories Oberlin Ohio USA'
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	assegnazione
ACQD - Data acquisizione	1995/post
ACQL - Luogo acquisizione	PI/Pisa/fuori uso
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1399543184876
BIL - Citazione completa	Taber/ Dizionario Enciclopedico di Scienze Infermieristiche, Ed. McGraw-Hill, Milano, 1994, p. 1252
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2013
CMPN - Nome	Giuffra, Valentina
RSR - Referente scientifico	Terenna, Gigliola
FUR - Funzionario responsabile	Macripò, Alba Maria