

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda PST

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 12

NCTN - Numero catalogo generale 01320358

ESC - Ente schedatore UNIRM1

ECP - Ente competente S170

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice 3246/ Museo di Chimica

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione catetometro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lazio

PVCP - Provincia RM

PVCC - Comune Roma

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia università

LDCN - Denominazione Sapienza Università di Roma

LDCU - Denominazione spazio viabilistico Piazzale Aldo Moro 5

LDCM - Denominazione raccolta Museo di Chimica "Primo Levi"/ Edificio Cannizzaro (VEC)

LDCS - Specifiche soppalco/ scaffale 72

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTZS - Frazione cronologica	prima metà
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia
DTM - Motivazione cronologia	marchio

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	legno
MTC - Materia e tecnica	metallo
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	7
MISL - Larghezza	16
MISN - Lunghezza	19

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE	
DESO - Oggetto	Lo strumento è costituito da un'asta graduata verticale, rotante intorno al suo asse, montata su un supporto a tre piedi munito di viti calanti per l'aggiustamento; è presente anche un cannocchiale collimatore libero di scorrere lungo l'asta e al quale è fissata una livella con la quale si verifica l'orizzontalità della linea di mira del collimatore e la verticalità dell'asta. La strumentazione si presenta smontata e conservata all'interno di un contenitore in legno.
UTF - Funzione	Per misurare con grande precisione la differenza di livello tra due punti.
UTM - Modalita' d'uso	Il dislivello tra due punti si determina puntando il cannocchiale su di essi e leggendone, tramite un nonio, le rispettive quote sulla scala graduata dell'asta. Per misurare la differenza d'altezza tra due punti, basta quindi collimare i due punti, leggendo ogni volta, sulla graduazione, la posizione dello zero del nonio; e poi calcolare la differenza tra i risultati delle due letture.
NSC - Notizie storico-critiche	Lo strumento è stato costruito da W.G. Pye & Co. Ltd. (Cambridge/ 1896-1988) come si deduce dal marchio commerciale che si trova sulla parte metallica.

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCD - Data	2015
STCC - Stato di conservazione	buono

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	donazione
ACQN - Nome	LoJacono, Mariano
ACQD - Data acquisizione	2005
ACQL - Luogo acquisizione	Roma

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Ente pubblico non territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Sapienza Università di Roma/ Museo di Chimica
CDGI - Indirizzo	Piazzale Aldo Moro, 5
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	URM1MCPL00014
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Crupi, Giuseppina
RSR - Referente scientifico	Mario Barteri
FUR - Funzionario responsabile	Claudia Carlucci
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La scheda cartacea è stata compilata da S. Canducci in data 12/04 /2005.